

**ALCANCE DE ACREDITACIÓN**

**Laboratorio Centro de Servicios y Análisis  
de Minerales Metálicos y no Metálicos  
CESEMIN**

Av. 12 de abril s/n y Agustín Cueva  
• Teléfono: 07 4089561 • E-mail: : [damian.flores@ucuenca.edu.ec](mailto:damian.flores@ucuenca.edu.ec)  
Cuenca - Ecuador

**Sector  
Ensayos**

**Certificado de Acreditación N°:** **SAE-LEN-16-011**  
**Actualización N°:** 01  
**Resolución N°:** SAE DE 2016-0088-OF  
**Vigencia a partir de:** 2016-07-29  
**Acreditación Inicial:** 2016-07-29  
**Responsable(s) Técnico(s):** Ing. Maritza Flores

Está acreditado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006 "Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración", los Criterios Generales de Acreditación para laboratorios de ensayo y calibración (CR GA01), Guías y Políticas del SAE en su edición vigente, para las siguientes actividades:

**CATEGORIA: 0.** Ensayos en el laboratorio permanente

**CAMPO DE ENSAYO:** Análisis Físico – Químicos en vajillas cerámicas

| PRODUCTO O MATERIAL A ENSAYAR                       | ENSAYO, TÉCNICA Y RANGOS  | METODO DE ENSAYO (Procedimiento interno y método de referencia) |
|---|---|---|
| Vajillas Cerámicas Vidriadas (Superficies Internas) | Espectrofotometría de Absorción Atómica,<br><br>Cadmio<br>0,15 mg/l a 2,0 mg/l<br><br>Plomo<br>0,25 mg/l a 5 mg/l | PEE-CESEMIN01<br>Método de referencia:<br>INEN 1802:2006        |

Control de Cambios en Alcance

| Fecha      | Modificaciones                   |
|------------|----------------------------------|
| 2016-07-29 | Inicial, Otorgar la Acreditación |