

ALCANCE DE ACREDITACIÓN

LAB CENTRO ILLINGWORTH (LCI) S.A

Av. del Ejército 605-609 entre 1ro. de Mayo y Quisquis
• Teléfono: 04 2390133 • E-mail: info@labcentro.com
Guayaquil - Ecuador

**Sector
Clínicos**

Certificado de Acreditación N°: **SAE LCL 15-001**
Actualización N°: **02**
Resolución N°: **SAE DE 16-286**
Vigencia a partir de: **2016-05-31**
Acreditación Inicial: **2014-09-21**
Responsable(s) Técnico(s): **Dr. Vicente Illingworth**

Está acreditado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Norma ISO 15189:2012 "Requisitos particulares para la calidad y la competencia de los laboratorios clínicos", los Criterios Generales de Acreditación para laboratorios clínicos (CR GA09), Guías y Políticas del SAE en su edición vigente, para las siguientes actividades:

CATEGORIA: 0. Ensayos en el laboratorio permanente

CAMPO DE ENSAYO: Hematología

MUESTRA	ANÁLISIS, TÉCNICA	MÉTODO DE ENSAYO	PROCEDIMIENTO
Sangre Total EDTA	Biometría Hemática	CITOMETRIA DE FLUJO	PAN-01 FASE ANALITICA
	RBC, PLAQ, HTO	ENFOQUE HIDRODINAMICO	
	HB	MÉTODO COLORIMETRICO SLS	
	WBC	CITOMETRIA DE FLUJO LASER SEMI CONDUCTOR	
	Extendido en Sangre periférica	MICROSCOPIA ÓPTICA	

CATEGORIA: 0. Ensayos en el laboratorio permanente

CAMPO DE ENSAYO: Química

MUESTRA	ANÁLISIS, TÉCNICA	MÉTODO DE ENSAYO	PROCEDIMIENTO
Suero	Ácido Úrico, fotométrico,	URICASA	ACN 700, PAN-01 FASE ANALITICA

	Alanina Aminotransferasa, fotométrico,	IFCC SIN ACTIVACION DE FOSFATO DE PIRIDOXAL	ACN 685, PAN-01 FASE ANALITICA
	Aspartato Aminotransferasa, fotométrico,	IFCC SIN ACTIVACION DE FOSFATO DE PIRIDOXAL	ACN 687, PAN-01 FASE ANALITICA
	Colesterol, Fotométrico	CHOD-PAD GEN 2. STAND ABELL-KENDALL	ACN 433, PAN-01 FASE ANALITICA
	Creatinina, Fotométrico	JAFFE RATE-CINETICA	ACN 690, PAN-01 FASE ANALITICA
	Fosfatasa Alcalina, fotométrico	IFCC	ACN, PAN-01 FASE ANALITICA
	Glucosa, Fotométrico	HEXOQUINASA	ACN 717, PAN-01 FASE ANALITICA
	Triglicéridos, Fotométrico	GPO-PAP	ACN 781, PAN-01 FASE ANALITICA
	Urea, Fotométrico	UREASA/GLDH	ACN 418, PAN-01 FASE ANALITICA

CATEGORIA: 0. Ensayos en el laboratorio permanente

CAMPO DE ENSAYO: Inmunoquímica

MUESTRA	ANÁLISIS, TÉCNICA	MÉTODO DE ENSAYO	PROCEDIMIENTO
Suero	TSH, Quimioluminiscencia	INMUNOMETRICO QUIMIOLUMINISCENTE EN FASE SOLIDA	INMULITE 2000 TSH RAPIDA, PAN-01 FASE ANALITICA
	Tiroxina Total (T4) Quimioluminiscencia	INMUNOENSAYO ENZIMATICO QUIMIOLUMINISCENTE COMPETITIVO EN FASE SOLIDA	INMULITE 2000 T4 TOTAL, PAN-01 FASE ANALITICA
	Tiroxina Libre, (fT4) Quimioluminiscencia	INMUNOANALISIS QUIMIOLUMINISCENTE ENZIMATICO COMPETITIVO EN FASE SOLIDA	T4 LIBRE INMULITE 2000, PAN-01 FASE ANALITICA
	Triyodotironina Total,(T3) Quimioluminiscencia	INMUNOENSAYO ENZIMATICO COMPETITIVO EN FASE SOLIDA	INMULITE 2000 T3 TOTAL, PAN-01 FASE ANALITICA
	Triyodotironina, (fT3) Quimioluminiscencia	INMUNOENSAYO COMPETITIVO BASADO EN UN ANALOGO	INMULITE 2000 T3 LIBRE, PAN-01 FASE ANALITICA

Control de Cambios en Alcance

Fecha	Modificaciones
2015-09-21	Acreditación Inicial, Otorgar la Acreditación.
2016-05-31	Vigilancia 1, Mantener la Acreditación.