

ALCANCE DE ACREDITACIÓN

**PARA LAS ÁREAS DE: LABORATORIO DE CALIBRACIÓN, DE ENSAYO,
ANÁLISIS CLÍNICO**

**AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ENERGÍA Y RECURSOS
NATURALES NO RENOVABLES - ARCERNR (Laboratorio de ensayos -
Unidad Centro Nacional de Control de Calidad de Hidrocarburos –
UCNCCH)**

MATRIZ: Calle Estadio s/n entre Manuela Cañizares y Lola Quintana • 02 399 6500 •
ucncch@controlrecursosyenergia.gob.ec

Quito - Ecuador

Fecha de acreditación inicial: 2015-10-07

ACREDITACIÓN NÚMERO: SAE LEN 15-009

MANTENER LA ACREDITACIÓN

OFICINA CRÍTICA: N/A

PARA ENSAYOS

Está acreditado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2018 equivalente a la Norma ISO/IEC 17025:2017, para las siguientes actividades:

Sector: Ensayos

Categoría: 0. Ensayos en el laboratorio permanente

Campo de Ensayo: Ensayos Físico – químicos en derivados de petróleo

PRODUCTO O MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO, TÉCNICA Y RANGOS	MÉTODO DE ENSAYO (Método interno y método de referencia – BORRAR TEXTO REFERENCIAL)
Diésel	Viscosidad cinemática a 40° C, Capilar de vidrio, (2,929 a 5,697) mm ² /s	PTE-03 ASTM D445-19, 2019
Diésel Bases lubricantes	Punto de inflamación, Copa cerrada Pensky-Martens, (45 a 100)°C	PTE-01 ASTM D93-18, 2018
diésel Gasolina Aceite Bases lubricantes JET A-1	Azufre, Espectrofotometría de fluorescencia de Rayos X, (100 a 1 000) mg/kg	PTE-02 ASTM D4294-16e1, 2016